

Dotyczy: dostaw sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ w Żukowie

Szanowni Państwo,

Przedstawiam odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na zadane pytania.  
Jednocześnie przypominam, że do przewidywanych dostaw nie stosuje się ustawy PZP.

## **Zestaw: sprzęt jednorazowego użytku**

**Pozycja 1-3**, Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania.

**Pozycja 4** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 50 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania.

**Pozycja 5**, Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny innego producenta spełniający wymagania SWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści strzykawkę innego producenta spełniającą podane wymagania. Wymagamy strzykawki z dołączonym łącznikiem luer, z gumowym tłokiem przesuwającym się równomiernie z umiarkowanym oporem.

**Pozycja 6**, Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 100 ml?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści w pozycji 6 strzykawkę o pojemności 100 ml

**Pozycja 6**, Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny innego producenta spełniający wymagania SWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści strzykawkę innego producenta spełniającą podane wymagania. Wymagamy strzykawki z dołączonym łącznikiem luer, z gumowym tłokiem przesuwającym się równomiernie z umiarkowanym oporem.

**Pozycja 8**, Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania.

**Pozycje 10-18**, Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania.

**Pozycje 19-20,** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 szt z przeliczeniem ilości na opakowania.

**Pozycja 21,** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem „w górę” do 8 opakowań?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 szt z przeliczeniem ilości na opakowania, z zaokrągleniem w górę.

**Pozycja 48-49,** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 szt z przeliczeniem ilości na opakowania.

**Pozycja 52,** Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze o rozmiarach 23G 1,8mm lub 21G 2,4mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści nakłuwacze o rozmiarach 23G 1,8 mm.

**Pozycja 52,** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania.

**Pozycja pod 62 ,** Czy Zamawiający dopuści rurka do anoskopii o długości 8,5 cm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści rurkę do anoskopii o długości 8,5 cm.

**Pozycje74-75,** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania.

**Pozycja 78,** Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu sterylny?

**Odpowiedź:** tak, Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu sterylny.

**Pozycja79,** Czy Zamawiający dopuści pojemnik do moczu z nakrętką o pojemności 100 ml?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści pojemnik do moczu z nakrętką o pojemności 100 ml.

**Pozycja 80,** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania.

**Pozycja 81,** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 50 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania.

**Pozycje 82-83,** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 50 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania.

**Pozycje 88,** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'480 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 480 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania pod warunkiem terminu ważności tego produktu nie krótszego niż 24 mc.

**Pozycje 95-96,100** Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego gwarantującego najwyższą jakość wydruku?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego.

**Pozycja 99** Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 110x10 oraz jego wycenę z przeliczeniem ilości na 140 rolek?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści papieru o innych wymiarach niż podane.

**Pozycja 101** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wydziela jednej pozycji do nowego pakietu.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Joanna Komorowska  
SPZOZ w Żukowie